



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت غذا و دارو

بسمه تعالی

شماره: ۹۵/ص/۱۳۵/۱۴۴۹۸

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

پیوست: ندارد

«با افزایش آگاهی، مانع مسمومیت داروئی شویم»

رئیس محترم مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی...

رئیس محترم مرکز آموزش و درمانی...

رئیس محترم مرکز درمانی...

سلام علیکم

احتراماً عطف به نامه شماره ۹۵/۹/۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ مدیر کل اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی در خصوص حوادث ناگوار و فراخوان وسایل پزشکی باستحضار می رساند نخ جراحی نایلون و نخ جراحی سیلک تولیدی پدram طب بندر و همچنین سرنگ تولیدی اروم سرنگ (مطابق جدول ذیل) غیر قابل مصرف می باشند. لازم به ذکر است سرنگ تولیدی اروم سرنگ، فاقد مجوز تولید از اداره کل تجهیزات می باشد و با توجه به موارد مطروحه فروش کالای فاقد مجوز، غیر قانونی بوده و لازم است کلیه مراکز در صورت مشاهده ضمن تعیین تکلیف و جمع آوری و امحاء کالاها موارد را طی نامه به این معاونت اعلام نمایند.

ردیف	نام کالا	شرکت سازنده	LOT Number
1	نخ جراحی نایلون ۳,۰ USP 30mm,3/8circle	پدram طب بندر	۱۵۱۲۲۲۳۳۱
2	نخ جراحی سیلک چند رشته ای بافته شده 3.0USP 19mm,3/8 circle	پدram طب بندر	۱۵۱۲۰۵۳۳۱



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت غذا و دارو

بسمه تعالی

شماره: ۹۵/ص/۱۳۵/۱۴۴۹۸

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

پیوست: ندارد

3	سرنگ	اروم سرنگ	فاقد مجوز تولید
---	------	-----------	-----------------

دکتر مهران ولانی
معاون غذا و دارو

رونوشت:

جناب آقای دکتر بارانی مدیر نظارت بر امور دارو و مواد اعتیاد آور