

شماره... ۵/۶۶۴/۱۳۲۷۳
تاریخ... ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
پست... ندارد



جناب آقای دکتر محقق

معاون محترم اجرایی معاونت درمان

موضوع: ممنوعیت استفاده از دریل صنعتی

سلام علیکم؛

احتراما، نظر به گزارشات واصله و موارد متعدد مشاهده شده در بازدید از مراکز درمانی، درخصوص استفاده از دریل صنعتی در اعمال جراحی، به استحضار می رساند استفاده از دریل صنعتی بجای دریل استاندارد پزشکی مورد تایید این اداره کل نمی باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب ممنوعیت استفاده از دستگاه مذکور را به دانشگاه های متبوع ابلاغ فرمایند.

دکتر حسین کیوانی
مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی