

شماره: ۵/۶۶۴/۸۷۷۷۹

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۲۲

پیوست: ندارد



## معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران)

موضوع: در پاسخ به پیرو ارائه نظریه ارشادی در خصوص استریلیزاسیون مجدد برخی از تجهیزات پزشکی

سلام علیکم؛

احتراماً باستحضار می‌رساند در پاسخ به نامه شماره ۱۰۰۰/۶۰۳۲۷/د، در خصوص استفاده مجدد از کالاهای یکبار مصرف کاتر و گایدوایرهای آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی و نیز رابط‌های یکبار مصرف **EPS abilation**، با توجه به جلسه کمیته تخصصی قلب مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ و کمیته تصمیم‌گیری استریلیزاسیون کاتترهای EP مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱، مصوب گردید که تا زمان بررسی دقیق معاونت درمان و انجمن بیمارهای عفونی و نیز تدوین دستورالعمل استریلیزاسیون، اصل بر یکبار مصرف بودن کالاها می‌باشد.

دکتر محمود بیگلر  
مدیر کل نظارت و ارزیابی  
تجهیزات و ملزومات پزشکی  
از طرف مهندس سعید غفوری

[www.fda.gov.ir](http://www.fda.gov.ir)

[www.imed.ir](http://www.imed.ir)